



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE

Członek Europejskiej i Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie posiadacz Certyfikatu
ISO 9001:2008. ISO 14001:2004. ISO 22000:2005

Dyrektor dr n. med. Norbert Krajczyk

ul. Bohaterów Warszawy 34 48-300 Nysa.

Szpital w Nysie im. Bł. s. Elżbietanki Marii Merkert

tel. +48 77 4087830 faks +48 77 4333038 e-mail: sekretariat@zoznysa.pl, www.zoznysa.pl

Szpital w Paczkowie im. Św. Jana Pawła II

telefon / faks +48 77 4390300

„Naszym celem jest świadczenie profesjonalnej opieki w zdrowiu i w chorobie”

Nysa, dnia 17.03.2023r.

Nr ZZP-344/7/2023/PU

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania na dostawę pojemników na odpady medyczne

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców do Zapytania Ofertowego, Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik 10L z etykieta jak na zdj:

MATERIAŁ ZAKAŻNY DLA LUDZI	
Rodzaj (kod odpadu)	
Nazwa i numer REGON wytwórcy odpadów	
Numer księgi rejestrowej i organ rejestrowy	
Data otwarcia pojemnika	
Data zamknięcia pojemnika	
Znak identyfikacyjny osoby zamykającej pojemnik	

UWAGA ! Po napełnieniu do 2/3 objętości, pojemnik szczelnie zamknąć i przekazać do unieszkodliwiania

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pojemnik 10L z etykietą jak na zdj. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik 10L o średnicy górnej 242, średnicy 230, wysokości 258mm, z otworem wrzutowym 75x33mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści pojemnika 10L o średnicy górnej 242, średnicy 230, wysokości 258mm, z otworem wrzutowym 75x33mm

Pytanie nr 3

Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik 5L o średnicy dolnej 190mm, średnicy górnej 230mm, wysokości 210mm, średnicy otworu wrzutowego ok 7cm w kształcie zaoblonego trójkąta?

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuści pojemnika 5L o średnicy dolnej 190mm, średnicy górnej 230mm, wysokości 210mm, średnicy otworu wrzutowego ok 7cm w kształcie zaoblonego trójkąta



Złota Statuetka Perły
Medycyny 2013



Diamenty Polskiej
Jakości 2016



Lider Polskiego
Lecznictwa 2015



Rzetelni w Ochronie
Zdrowia 2014

Pytanie nr 4

Pozycja 2,3 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik 5L z czerwona pokrywką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści, ale nie wymaga pojemnika 5L z czerwoną pokrywką. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5


Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik 5L z etykietą z miejscem na wpisanie: Kod odpadów medycznych, nazwa wytwórcy odpadów, nr region, nr księgi wieczystej, data i godz otwarcia i zamknięcia pojemnika, osoba zamykająca pojemnik?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pojemnik 5L z etykietą z miejscem na wpisanie: Kod odpadów medycznych, nazwa wytwórcy odpadów, nr region, nr księgi wieczystej, data i godz otwarcia i zamknięcia pojemnika, osoba zamykająca pojemnik. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady o pojemności 2 litrów o wysokości 246mm, z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70mm jak na poniższym zdjęciu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie pojemników na odpady o pojemności 2 litrów o wysokości 246mm, z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70mm jak na powyższym zdjęciu

Pytanie nr 7

Pozycja 3,4,5 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polietylenu z pokrywa z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści pojemnika wykonanego z polietylenu z pokrywa z polipropylenu.

Pytanie nr 8

Pozycja 4 – Czy zamawiający dopuści pojemnik 0.7 okrągły o wymiarach:


ŚREDNICA DOLNA	ŚREDNICA GÓRNA	WYSOKOŚĆ
93 mm	109 mm	97 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści pojemnika 0,7 okrągłego o wymiarach powyżej podanych.

Pytanie nr 9

Pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady o pojemności 1 litra o średnicy spodu – 92,5mm, góry – 109mm, wysokości 140mm, z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70mm jak na poniższym zdjęciu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie pojemników na odpady o pojemności 1 litra o średnicy spodu – 92,5mm, góry – 109mm, wysokości 140mm, z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70mm jak na powyższym zdjęciu.

Jednocześnie Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, przedłuża termin składania ofert do dnia **24.03.2023r. do godz. 8:00**

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. organizacyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
mgr Jerzy Hajduga

