



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE

Członek Europejskiej i Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie posiadacz Certyfikatu
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005

Dyrektor dr n. med. Norbert Krajczy

ul. Bohaterów Warszawy 34 48-300 Nysa.

Szpital w Nysie im. Bł. s. Elżbietanki Marii Merkert

tel. +48 77 4087830 faks +48 77 4333038 e-mail: sekretariat@zoznysa.pl, www.zoznysa.pl

Szpital w Paczkowie im. Św. Jana Pawła II

telefon / faks +48 77 4390300


„Naszym celem jest świadczenie profesjonalnej opieki w zdrowiu i w chorobie”



Złota Statuetka Perły
Medycyny 2013



Diamenty Polskiej
Jakości 2016



Lider Polskiego
Lecznictwa 2015



Rzetelni w Ochronie
Zdrowia 2014

Nysa, dnia 25.05.2022r.

Nr ZZP-344/31/2022

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenie usług serwisowych dla tomografu komputerowego GE Optima 540 oraz dla tomografu komputerowego Bright Speed Elite

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o podanie daty ostatniej wymiany lamp RTG oraz ilości wykonanych badań w tomografach komputerowych będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podaje datę ostatniej wymiany lampy w tomografie komputerowym Bright Speed Elite – 03.06.2020r. Tomograf komputerowy GE Optima 540 został zakupiony w czerwcu 2020r.

Ilość wykonanych badań:

- 1) w tomografie komputerowym GE Optima 540 – 13879 /czerwiec 2020 – kwiecień 2022/
- 2) w tomografie komputerowym Bright Speed Elite – 1165 /czerwiec 2020 – kwiecień 2022/

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że na dzień podpisania umowy aparaty będą sprawne, będą posiadały ważny przegląd, natomiast Wykonawca nie będzie odpowiadał za uszkodzenia powstałe w trakcie obowiązywania poprzedniej umowy serwisowej i nie usunięte przez jego poprzedniego Wykonawcę do momentu jej zakończenia, a tym samym nie będzie zobowiązany do naprawy usterek powstałych przed podpisaniem umowy. W związku z powyższym bardzo prosimy o wyrażenie zgody na przeprowadzenia wstępnego przeglądu w dniu zawarcia umowy w celu potwierdzenia stanu technicznego przedmiotowych aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeprowadzenia wstępnego przeglądu w dniu zawarcia umowy w celu potwierdzenia stanu technicznego tomografów /aparaty są sprawne, z ważnymi przeglądami/.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia nowych części zamiennych do aparatów, będących przedmiotem zamówienia, natomiast w przypadku wydłużonego terminu ich dostawy – w celu skrócenia czasu ewentualnego przestoju aparatu - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę, w celu wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, części regenerowanych/używanych (oprócz lampy RTG do

tomografu), jednakże **nieodbiegających parametrami od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta. Nadmieniamy, iż części regenerowane/używane posiadają gwarancję na taki sam okres, jaki oferuje producent na części nowe.** Powyższe rozwiązanie przełoży się na ponoszenie znacznie niższych wydatków przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności aparatów jak podczas instalacji części nowych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych, których Zamawiający jest dysponentem, i za których racjonalne wydatkowanie podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę części regenerowanych/używanych.

Z uwaga na fakt, iż aparaty TK są wysoce specjalistycznym sprzętem medycznym Zamawiający wymaga nowych części zamiennych do aparatów, będących przedmiotem zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert do dnia **01.06.2022r. godz. 08:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **01.06.2022r. o godz. 08:10.**

Odpowiedzi na dalsze zapytania ukażą się w późniejszym terminie.

Zamawiający

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
mgr Krystyna Szrzelka