



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE

Członek Europejskiej i Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie posiadacz Certyfikatu

ISO 9001:2008. ISO 14001:2004. ISO 22000:2005

Dyrektor dr n. med. Norbert Krajczy

ul. Bohaterów Warszawy 34 48-300 Nysa.

Szpital w Nysie im. Bł. s. Elżbietanki Marii Merkert

tel. +48 77 4087830 faks +48 77 4333038 e-mail: sekretariat@zoznysa.pl, www.zoznysa.pl


Szpital w Paczkowie im. Św. Jana Pawła II

telefon / faks +48 77 4390300

„Naszym celem jest świadczenie profesjonalnej opieki w zdrowiu i w chorobie”

ZZP-344/55/2022


Nysa, dnia 03.08.2022r.



Złota Statuetka Perły
Medycyny 2013



Diamenty Polskiej
Jakości 2016



Lider Polskiego
Lecznictwa 2015



Rzetelni w Ochronie
Zdrowia 2014

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych ogólnoszpitalnych

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 2:

Czy Zamawiający w **Części 2w** dopuści sterylne, bezpieczny zestaw do punkcji / drenażu oraz do pobierania płynów w celach diagnostycznych i wykonywania wlewów do opłucnej i otrzewnej składzie: bezpieczna **igła Veressa** ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej); **cewnik 9CH / 14,6 cm** lub **12CH / 17,4 cm** (do wyboru) z poliuretanu z otworami bocznymi, ze znacznikami głębokości, widoczny w RTG, zakończony układem z **automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi** i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); **strzykawka luer lock 30 ml**, **worek do drenażu 2000 ml** z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; **skalpel**; **łącznik do systemu drenażowego**.

Wyrób medyczny, zapakowany sterylnie na tacce, jednorazowy.

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 2 poz. 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy części nr 2:

Czy Zamawiający w **Części 2w** dopuści sterylne, bezpieczny zestaw do punkcji / drenażu oraz do pobierania płynów w celach diagnostycznych i wykonywania wlewów do opłucnej i otrzewnej składzie: bezpieczna **igła Veressa** ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej); **cewnik 9CH / 38,5 cm** lub **12CH / 38,5 cm** (do wyboru) z poliuretanu z otworami bocznymi, ze znacznikami głębokości, widoczny w RTG, zakończony układem z **automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi** i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); **strzykawka luer lock 30 ml**, **worek do drenażu 2000 ml** z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; **skalpel**; **łącznik do systemu drenażowego**; **linia przedłużająca 50 cm** (dystansująca układ zastawek od ciała pacjenta).

Wyrób medyczny, zapakowany sterylnie na tacce, jednorazowy.

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 2 poz. 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren z łącznikiem schodkowym o długości 51mm?

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 4 poz. 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren pakowany wewnętrznie w opaskę foliową utrzymującą kształt drenu a zewnętrznie w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 4 poz. 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści diagnostyczny worek do lewatywy z natłuszczoną końcówką zabezpieczoną zatyczką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania diagnostyczny worek do lewatywy z natłuszczoną końcówką zabezpieczoną zatyczką. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania worek do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7

Część 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren łączący do odsysania w komplecie z łącznikiem schodkowym 53mm?

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 4 poz. 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pałeczki do pobierania wymazów o długości 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 7 poz. 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Część 9, pozycja 1a

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley CH 6 o pojemności balonu 3ml, reszta parametrów i rozmiarów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania cewnik Foley CH 6 o pojemności balonu 3ml. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 9

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem o pojemności 5-10ml lub 30-50ml do wyboru przez Zamawiającego, zakończonych sztywną zastawką kanału do napełnienia balonu jak wcześniej stosowane, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania cewnik z balonem o pojemności od 5ml do 10ml oraz od 30ml do 50ml do wyboru przez Zamawiającego, zakończonych sztywną zastawką kanału do napełnienia balonu. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 9

Poz. nr 2, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków, jak wcześniej stosowane o charakterystyce:

- do zbiórki moczu
- z portem do poboru próbek
- pojemności 2000 ml
- wykonany z medycznego PVC
- sterylny
- posiadający zastawkę antyrefluksyjną
- dren łączący o długości 120cm
- wykonany z materiału odpornego na zagięcia – załamania
- podziałka: co 25 ml do 100ml i co 100ml od 100ml do 2000 ml
- odpływ spustowy typu T
- wzmocnione otwory do wieszaków
- pakowany pojedynczo
- opakowanie jednostkowe: papier-folia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania worki o w/w charakterystyce. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 9

Poz. nr 2, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy worek ma być wyposażony w bezigłowy Luer port do pobierania próbek w schodkowym łączniku cewnikowym w zdejmowalnej zatyczce, jak wcześniej stosowane.

Odpowiedź: Worek ma być wyposażony w bezigłowy Luer port do pobierania próbek w schodkowym łączniku cewnikowym w zdejmowalnej zatyczce. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 10

Poz. nr 1, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów o charakterystyce:

- sterylny
- stent poliuretanowy typu JJ, skalowany co 1 cm, jednostronnie otwarty lub obustronnie otwarty
- z możliwością utrzymania u pacjenta do 12 miesięcy
- popychacz o długości 43 cm lub 83 z cewnikiem, umożliwiający manewrowanie
- prowadnik PTFE o długości 150
- zacisk
- rozmiary 4.8, 6, 7, 8F – do wyboru przez Zamawiającego
- długość 24, 26, 28, 30, 32 cm – do wyboru przez Zamawiającego
- wszystkie elementy kompatybilne ze sobą
- opakowanie: papier-folia

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 10 poz. 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 10

Poz. nr 3, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników typu Dufour o charakterystyce:

- pooperacyjny
- sterylny
- typu DUFOUR
- trójdrożny
- silikonowy
- z balonem o pojemności 50 lub 80ml, do wyboru przez Zamawiającego
- długość 42 cm
- zatyczka z portem luer, zamykana, dołączona do cewnika
- opakowanie jednostkowe: papier-folia, podwójne
- wszystkie rozmiary cewników tego samego producenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania cewniki typu Dufour o w/w charakterystyce w rozmiarach 18, 20, 22, 24F. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 10

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników urologicznych o charakterystyce:

- typu FOLEY
- z końcówką Tiemann z oliwką
- silikonowy
- sterylny
- długość 40 cm
- z balonem o pojemności 10-15ml
- przezroczysty
- pakowany pojedynczo
- opakowanie jednostkowe: papier-folia
- wszystkie rozmiary cewników tego samego producenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania cewniki urologiczne o w/w charakterystyce.
Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 10

Poz. nr 4, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki mają być wyposażone w szeroki kanał drenażowy zapobiegający blokowaniu przepływu, a czas stosowania cewników do 30 dni ma być potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 10 poz. 4 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 10

Poz. nr 5, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii o charakterystyce:

- sterylny
- cewnik silikonowy z balonem
- zakończenie cewnika proste
- rozrywalna kaniula
- skalpel
- zatyczka
- plaster mocujący
- wszystkie elementy kompatybilne ze sobą i zapakowane razem
- opakowanie jednostkowe: papier-folia
- rozmiar 10, 12, 14 F - do wyboru przez Zamawiającego
- wszystkie rozmiary cewników tego samego producenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestaw do cystostomii o w/w charakterystyce.
Pozostałe parametry pozostają bez zmian

Pytanie nr 18

Pakiet nr 10

Poz. nr 5, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii o charakterystyce:

- sterylny
- cewnik silikonowy bez balonu
- zakończenie cewnika proste
- długość całkowita 54 cm (z lejkiem)
- rozrywalna kaniula
- skalpel
- zacisk
- zatyczka
- wszystkie elementy kompatybilne ze sobą i zapakowane razem
- opakowanie jednostkowe: papier-folia
- rozmiar 8, 11, 14 F - do wyboru przez Zamawiającego
- wszystkie rozmiary cewników tego samego producenta

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 10 poz. 5 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Pakiet nr 10

Poz. nr 6, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wymiennego do nefrostomii o charakterystyce:

- silikonowy
- ze zintegrowanym balonem
- centralnie otwarty, z dwoma otworami powyżej balonu
- długości 40 cm
- sterylny
- podziałka w centymetrach
- widoczny w skopii, posiada znaczniki RTG
- pakowany pojedynczo
- opakowanie jednostkowe: papier-folia
- rozmiar: 10, 12, 14, 16 F- do wyboru przez Zamawiającego
- wszystkie rozmiary cewników tego samego producenta

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 10 poz. 6 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 10

Poz. nr 7, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wymiennego do cystostomii o charakterystyce:

- silikonowy
- bez zintegrowanego balonu
- centralnie otwarty
- przewodnica PTFE
- tulejka mocująca
- zacisk
- widoczny w skopii
- sterylny
- pakowany pojedynczo
- opakowanie jednostkowe: papier-folia
- rozmiar: 8, 11, 14 F- do wyboru przez Zamawiającego
- wszystkie rozmiary cewników tego samego producenta

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 10 poz. 7 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 10

Poz. nr 7, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wymiennego do cystostomii o charakterystyce:

- silikonowy
- ze zintegrowanym balonem
- centralnie otwarty
- plaster mocujący
- zacisk
- widoczny w skopii
- sterylny
- pakowany pojedynczo
- opakowanie jednostkowe: papier-folia
- rozmiar: 12, 14, 16 F- do wyboru przez Zamawiającego
- wszystkie rozmiary cewników tego samego producenta

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 10 poz. 7 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 10

Poz. nr 8, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nerki o charakterystyce:

- cewnik poliuretanowy typu J
- z mandrynem i przewodnicą
- igła punkcyjna, dwuczęściowa, skalowana
- kranik lub łącznik do worka na mocz
- sterylny

- wszystkie elementy kompatybilne ze sobą i zapakowane razem
- opakowanie jednostkowe: papier-folia
- rozmiar: 8, 9, 10 F- do wyboru przez Zamawiającego
- wszystkie rozmiary cewników tego samego producenta

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 10 poz. 8 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Pakiet nr 10

Poz. nr 9, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnika nitinolowego charakterystyce:

- hydrofilny na całej długości
- sterylny
- długość 150 cm, średnica 0.035"
- końcówka prosta lub zagięta (J) do wyboru przez Zamawiającego
- jednostronnie zmięczona
- opakowanie jednostkowe: papier-folia

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 10 poz. 9 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 10

Poz. nr 9, pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy przewodników z rdzeniem nitinolowym i powłoką hydrofilową na całej długości i z giętką, bezpieczną końcówką o dł. 3cm?

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 10 poz. 9 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Pakiet nr 10

Poz. nr 10, pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyka do usuwania złogów nerkowych o charakterystyce:

- wykonany z nitinolu,
- cztery zaokrąglone druty
- uchwyt zdejmowalny, rozbieralny
- długość 90 lub 120 cm – do wyboru przez Zamawiającego
- opakowanie jednostkowe: papier-folia
- rozmiar: 3, 4 F - do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 10 poz. 10 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do lewatywy o poniższym opisie:

Zawartość:

- worek do lewatywy o poj. 1750ml, skalowany , z dołączonym drenem,
- dren zakończony otworem centralnym i jednym otworem bocznym
- osłonką na końcówkę
- zacisk
- długość drenu 150 cm

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 3 poz. 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu o poniższym opisie:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przeznaczony jest do prowadzenia wlewów metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzywowych i miękkich worków - uniwersalny.

Skład aparatu:

- osłonka igły bioreczej
- igła biorecza dwukanałowa
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego

- komora kroplowa
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy
- rolka zaciskacza
- dren medyczny o długości 150 cm
- łącznik stożkowy luer lock
- osłonka łącznika luer lock

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych:

- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO
- opakowanie jednostkowe typu blister-pack

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 8 poz. 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu o poniższym opisie:

Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi przeznaczony jest do prowadzenia przetoczeń metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzyw i miękkich worków – uniwersalny.

Skład aparatu:

- osłonka igły biorezej
- igła bioreza dwukanałowa
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego
- komora kroplowa
- filtr krwi o wielkości oczek 200 µm
- zaciskacz rolkowy
- rolka zaciskacza
- dren medyczny o długości 150 cm
- łącznik stożkowy luer lock
- osłonka łącznika luer lock

Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi:

- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany EO
- opakowanie jednostkowe typu blister

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 8 poz. 2 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29

Pakiet 9 poz. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley z zastawką lateksowa ?

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 9 poz. 1b przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do moczu o poniższym opisie :

Worek z podziałką co 100ml, wykonany z PCV bez zawartości lateksu, drenem zakończonym łącznikiem schodkowym i zastawką antyrefluksyjną uniemożliwiającą cofnięcie się moczu z worka do cewnika, z poprzecznym zaworem odpływu dennego. Dren o długości 110 cm.

- Jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku.
- port do pobierania próbek
- Pojemność worka 2 000 ml
- możliwość stosowania do 7 dni
- dren 110 cm
- klamra zaciskowa na drenie

- tylna biała ściana
- zastawka antyzwrotna
- nazwa producenta na worku pozwalająca na identyfikację produktu po użyciu
- po wykorzystaniu przekazać do utylizacji.
- przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.
- chronić przed światłem słonecznym.
- pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 9 poz. 2 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35°C, igieł, cewników, zgłębników 5-37°C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40°C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Transport oraz magazynowanie wyrobów medycznych musi być zgodny z warunkami określonymi przez producenta.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź: Transport oraz magazynowanie wyrobów medycznych musi być zgodny z warunkami określonymi przez producenta.

Pytanie nr 33

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu. Transport wyrobów medycznych musi być zgodny z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 34

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 14, pkt 3 Rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 transport wyrobów medycznych lub warunki przechowywania muszą być zgodne z warunkami określonymi przez producenta wyrobu.

Pytanie nr 35

część nr 8, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą ściętą trójplaszczyznowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do zaoferowania przyrządu z igłą ściętą trójplaszczyznowo.

Pytanie nr 36

część nr 8, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 8 poz. 1-2 przyrządu z nazwą producenta.

Pytanie nr 37

część nr 8, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu o dł. komory 9,8 cm

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 8 poz. 2 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38

część nr 8, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o pojemności 18 ml.

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** zaoferowania do części nr 8 poz. 2 przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39

część nr 8, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu o pojemności komory 20 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania do części nr 8 poz. 2 przyrząd o pojemności komory 20 ml. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 40

część nr 8, poz. 3-4

Proszę o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 8 poz. 3-4 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 41

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §10 ust. 1 pkt. a):

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnej partii przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonej części partii przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej części partii przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §10 ust. 1 pkt. a

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z §7 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 43

Dotyczy części nr 10:

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści stenty z możliwością utrzymania u pacjenta do 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania do części nr 10 poz. 1 zestaw do szynowania moczowodów zgodnie z dokonaną modyfikacją.

Pytanie nr 44

Dotyczy części nr 10:

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści stenty z popychaczem prostym, standardowym o dł. 40 cm lub 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stenty z popychaczem prostym, standardowym o dł. 40 cm lub 70 cm. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Zamawiający - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia **w załączniku nr 2 do SWZ w częściach 5,9,10.**

Zmieniony opis przedmiotu zamówienia w częściach 5,9,10 jest załączony do w/w pisma i jest obowiązujący dla Wykonawców

Jednocześnie, Zamawiający - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert **do dnia 10.08.2022r. do godz. 08:00**
Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 10.08.2022r. od godz. 08:10.**
Termin związania ofertą przedłuża się do dnia **08.09.2022r.**

Zamawiający
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. organizacyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
mgr Krystyna Strzelska

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część nr 5 – dostawa worków stomijnych i akcesoriów do pielęgnacji

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Informacje o produkcie i producencie
1	<p>Worek stomijny</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednoczęściowy • ileostomijny (otwarty) • płytka hydrokoloïdowa, dwuwarstwowa, zapewniająca ochronę przed działaniem wilgoci, pielęgnująca skórę, o owalnym kształcie, z elastycznego materiału zapewniającego przyleganie i szczelność • otwór do docięcia od 10 do 76 mm, pojemność 650 ml • przezroczysty • pakowany maksymalnie po 30 sztuk • opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem w trakcie transportu i przechowywania 	300			8		<p>Pełna nazwa producenta.....</p> <p>Pełna nazwa wyrobu</p> <p>Numer referencyjny</p>
2	<p>Worek urostomijny</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednoczęściowy • płytka hydrokoloïdowa, dwuwarstwowa, zapewniająca ochronę przed działaniem wilgoci, pielęgnująca skórę, o owalnym kształcie, z elastycznego materiału zapewniającego przyleganie i szczelność • otwór do docięcia od 10 do 66 mm, pojemność 330 ml lub od 10 do 76 mm, pojemność 400 ml • posiadający zawór antyzwrotny oraz budowę pozwalającą na równomierne rozłożenie moczu i redukcję odgłosów pluskania • zamykany na uniwersalny kurek, z możliwością podłączenia worka do dobowej zbiórki moczu • możliwość schowania zamkniętego ujścia worka • przezroczysty • pakowany maksymalnie po 30 sztuk • opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem w trakcie 	150			8		<p>Pełna nazwa producenta.....</p> <p>Pełna nazwa wyrobu</p> <p>Numer referencyjny</p>

Część nr 9 – dostawa cewników urologicznych FOLEY, worków do dobowej zbiórki moczu, zatyczek oraz wieszaków do worków

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Informacje o produkcie i producencie
1	Cewnik <ul style="list-style-type: none"> • urologiczny • FOLEY • dwudrożny • lateks obustronnie silikonowany • sterylny • wyposażony w dwa otwory boczne • pakowany na prosto • pakowany pojedynczo • opakowanie jednostkowe: papier-folia lub sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości lub podwójne opakowanie: wewnątrz folia, na zewnątrz papier-folia 						Pełna nazwa producenta..... Pełna nazwa wyrobu
a	rozmiar Ch 6, 8, 10 z prowadnicą – balon o pojemności od 3ml do 5ml, <i>wszystkie rozmiary tego samego producenta</i>	150			8		Numer referencyjny dla Ch 6 Numer referencyjny dla Ch 8 Numer referencyjny dla Ch 10
b	rozmiar Ch 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 – balon o pojemności od 5ml do 10ml oraz od 30 ml do 50ml do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb – <i>wszystkie rozmiary tego samego producenta</i>	4000			8		Numer referencyjny dla Ch 12 Numer referencyjny dla Ch 14 Numer referencyjny dla Ch 16 Numer referencyjny dla Ch 18 Numer referencyjny dla Ch 20 Numer referencyjny dla Ch 22 Numer referencyjny dla Ch 24
2	Worek <ul style="list-style-type: none"> • do dobowej zbiórki moczu • z portem do poboru próbek • o pojemności 2000 ml • wykonany z medycznego PVC o grubości 0,4mm • sterylny 	8000			8		Pełna nazwa producenta..... Pełna nazwa wyrobu Numer referencyjny

[illegible]

Część nr 10 – dostawa zestawów do szynowania moczowodów, cewników DUFOUR, cewników Foley 3-drożnych, zestawów do cystostomii, cewników wymiennych do nefrostomii i cystostomii

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość sztuk	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Informacje o produkcie i producencie
1	<p>Zestaw</p> <ul style="list-style-type: none"> • do szynowania moczowodów • sterylny • stent poliuretanowy typu JJ, skalowany co 1 cm, jednostronnie otwarty lub obustronnie otwarty • z możliwością utrzymania u pacjenta od 30 do 60 dni – parametr ten potwierdzony oświadczeniem producenta lub wpisem w instrukcji obsługi dołączonymi do oferty • popychacz o długości 40 cm lub 70 • przewodnik PTFE o długości 150 • zacisk • rozmiary 4,8, 5, 6, 7, 8F – do wyboru przez Zamawiającego • długość 24, 26, 28, 30 cm – do wyboru przez Zamawiającego • wszystkie elementy kompatybilne ze sobą • opakowanie: papier-folia lub sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości lub podwójne opakowanie: wewnątrz folia, na zewnątrz papier-folia 	150			8		<p>Pełna nazwa producenta.....</p> <p>Pełna nazwa wyrobu</p> <p>Numer referencyjny dla 4,8 F dł. 24 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 4,8 F dł.26 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 4,8 F dł. 28 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 4,8 F dł. 30 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 5 F dł. 24 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 5 F dł.26 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 5 F dł. 28 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 5 F dł. 30 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 6 F dł. 24 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 6 F dł.26 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 6 F dł. 28 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 6 F dł. 30 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 7 F dł. 24 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 7 Fdł. 26 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 7 F dł. 28 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 7 F dł. 30 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 8 F dł. 24 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 8 F dł.26 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 8 F dł. 28 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 8 F dł. 30 cm</p>
2	<p>Zestaw</p> <ul style="list-style-type: none"> • do szynowania moczowodów • sterowalny • stent poliuretanowy typu JJ, skalowany co 5 cm, z nicią obustronnie otwartą • z możliwością utrzymania u pacjenta do 12 miesięcy – parametr ten potwierdzony oświadczeniem producenta lub wpisem w instrukcji obsługi dołączonymi do oferty • popychacz sterowalny o długości 40 cm • przewodnik PTFE o długości 150 	50			8		<p>Pełna nazwa producenta.....</p> <p>Pełna nazwa wyrobu</p> <p>Numer referencyjny dla 4,5 F dł. 24 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 4,5 F dł.26 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 4,5 F dł. 28 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 6 F dł. 24 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 6 F dł.26 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 6 F dł. 28 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 7 F dł. 24 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 7 Fdł. 26 cm</p> <p>Numer referencyjny dla 7 F dł. 28 cm</p>

	<ul style="list-style-type: none"> rozmiary 4,5, 6, 7, 8F – do wyboru przez Zamawiającego długość 24, 26, 28cm – do wyboru przez Zamawiającego wszystkie elementy kompatybilne ze sobą opakowanie: papier-folia lub sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości lub podwójne opakowanie: wewnątrz folia, na zewnątrz papier-folia 						Numer referencyjny dla 8 F dł. 24 cm Numer referencyjny dla 8 F dł. 26 cm Numer referencyjny dla 8 F dł. 28 cm
3	Cewnik <ul style="list-style-type: none"> urologiczny pooperacyjny sterylny typu DUF0UR trójdrożny silikonowy z balonem długość 40 cm zatyczka z portem luer, zamykana, zapakowana z cewnikiem opakowanie jednostkowe: papier-folia lub sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości lub podwójne opakowanie: wewnątrz folia, na zewnątrz papier-folia 						Pełna nazwa producenta..... Pełna nazwa wyrobu
a	rozmiar od 18F balon o pojemności 40 ml rozmiar od 20F balon o pojemności 50 ml rozmiar od 22F balon o pojemności 60 ml rozmiar od 24F balon o pojemności 70 ml	300	8				Numer referencyjny dla 18F..... Numer referencyjny dla 20F..... Numer referencyjny dla 22F..... Numer referencyjny dla 24F.....
4	Cewnik <ul style="list-style-type: none"> urologiczny typu FOLEY z końcówką Tiemann z oliwką silikonowy sterylny długość 40 cm z balonem o pojemności od 5ml do 15 ml przeźroczysty pakowany pojedynczo opakowanie jednostkowe: papier-folia lub sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości lub podwójne 						Pełna nazwa producenta..... Pełna nazwa wyrobu

a	rozmiar 8, 10, 12, 14 F - do wyboru przez Zamawiającego <i>wszystkie rozmiary cewników tego samego producenta</i>	50		8	Numer referencyjny dla 8F Numer referencyjny dla 10F Numer referencyjny dla 12F Numer referencyjny dla 14F
7	Cewnik <ul style="list-style-type: none"> wymienny do cystostomii silikonowy ze zintegrowanym balonem centralnie otwarty długości 40 cm podziałka w cm widoczny w skopii sterylny pakowany pojedynczo opakowanie jednostkowe: papier-folia lub sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości lub podwójne opakowanie: wewnątrz folia, na zewnątrz papier-folia 				Pełna nazwa producenta..... Pełna nazwa wyrobu
a	rozmiar 12F, 14F , 16F – do wyboru przez Zamawiającego <i>wszystkie rozmiary cewników tego samego producenta</i>	20		8	Numer referencyjny dla 12F Numer referencyjny dla 14F Numer referencyjny dla 16F
8	<ul style="list-style-type: none"> Zestaw do drenażu nerki cewnik poliuretanowy typu J długość 30 cm z napinaczem igła punkcyjna, dwuczęściowa łącznik do worka na mocz sterylny wszystkie elementy kompatybilne ze sobą i zapakowane razem opakowanie jednostkowe: papier-folia lub sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości lub podwójne opakowanie: wewnątrz folia, na zewnątrz papier-folia 				Pełna nazwa producenta..... Pełna nazwa wyrobu
a	<ul style="list-style-type: none"> rozmiar 8, 10, 12 F – do wyboru przez Zamawiającego <i>wszystkie rozmiary cewników tego samego producenta</i>	20		8	Numer referencyjny dla 8 F Numer referencyjny dla 10 F Numer referencyjny dla 12 F

9	<p>Prowadnik nitinolowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - hydrofilny - sterylny - długość 150 cm - końcówka prosta lub zagięta (J) - jednostronnie zmiękczone <p>Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości lub podwójne opakowanie: wewnątrz folia, na zewnątrz papier-folia</p>						Pełna nazwa producenta..... Pełna nazwa wyrobu
a	rozmiar: 0.028"; 0.035" – do wyboru przez Zamawiającego	100				8	Numer referencyjny dla 0.028"..... Numer referencyjny dla 0.035"
10	<p>Koszyk do usuwania złożeń nerkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z nitinolu, - helikalny - uchwyt typu "nożycowego", - rozbieralny, - długość 90, 110 cm – do wyboru przez Zamawiającego <p>Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości lub podwójne opakowanie: wewnątrz folia, na zewnątrz papier-folia</p>						Pełna nazwa producenta..... Pełna nazwa wyrobu
a	rozmiar: 3, 4F – do wyboru przez Zamawiającego	200				8	Numer referencyjny dla 3 F..... Numer referencyjny dla 4 F.....
	Wartość części						